

2024 年福海创石油化工有限公司贸易级流量仪协助 检定发包要求

一、概述

本次发包对应全厂（含 PTA 区域）共 25 台（贸易计量级）流量仪，因前期发包合同将于 2024 年 7 月 3 日到期，需要重新发包。

二、发包范围

- 1、 腾龙芳烃（PX）厂区、翔鹭石化（PTA）装置，贸易级与能源核定级流量仪表 以书面形式发包 发包量为 24 个

月，承包方负责设备的运输、包装、防护、保险、及检定中的配合事项，并对设备在检定期间的安全进行负责，如有损坏，按价赔偿或进行维修。

- 2、 超声波流量计 1 台、电磁流量计 3 台、涡街流量计 6 台、质量流量计 15 台。


三、发包要求与规范

- 1、 计量检定机构应有省级授权相应的检定项目资质，并具有相应的化工企业计量仪表检定以及大口径流量计检定业绩；本次发包的仪表检定按国家相关法规标准执行，并提供检定证书（JJG 1029-2007）及校准证书（JJG 640-2016）。


服务方人员应全程协助检定，直至设备送回，在检定、校准期间的保险、安全防护等措施和责任全部由服务方承担，应避免运输过程损坏检测设备，并使用木箱包装用包装带或包装绳紧固，防震动，防碰撞，乙方负责包装运输所需的材料。

- 4、如运输过程中因防护不当造成流量计损坏，乙方需按造价赔偿或全权负责维修。
- 5、现场检测时承包商人员应服从业主的统一调度，具备良好的协作沟通能力，进行充分的人力安排，以不影响公司正常生产为准则，合理安排工程进度，确保在规定的时间内完成检测作业，承包商事故处理：见附件《承包商安全管理规定》
- 6、台账内所有仪表为发包时仪表数量，如因公司管理及国家规定等增加设备，以实际发生量进行结算。


经办：



审核：


3/11

核准：


3/11